

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ



№ 242/9956-2019

Действительно до «17» декабря 2020 г.

Средство измерений Рабочий эталон 1-го разряда единицы молярной доли компонентов
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии))

в газовых смесях в диапазоне от 0,0001 % до 99,5 %

заводской (серийный) номер РЭ 154-1-23-2005

в составе (состав приведен в приложении 1)

номер знака предыдущей поверки 18006196358

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РЭ 154-1-23-2005 МП «Рабочий эталон 1-го разряда единицы молярной доли
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
компонентов в газовых смесях в диапазоне от 0,0001 % до 99,5 %. Методика поверки»

с применением эталонов: Государственного первичного эталона единиц молярной доли, массовой
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2016
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха от 20,4 °С
перечень влияющих факторов,
до 22,1 °С; атмосферное давление от 99,9 до 101,7 кПа; относительная влажность от 31,2 % до 33,0 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений


и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к
ненужное зачеркнуть

применению в качестве рабочего эталона 1-го разряда согласно Государственной поверочной
указывается наименование или обозначение эталона

схеме для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах,
утвержденной приказом Росстандарта от 14.12.2018 г. № 2664

согласно государственной (локальной) поверочной схеме и методике (методикам) поверки

Знак поверки:



Заместитель руководителя научно-исследовательского отдела госэталонов в области физико-химических измерений

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

А.В. Колобова

фамилия, имя и отчество (при наличии)



Поверитель

подпись

М.О. Панина

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки «18» декабря 2019 г. **серия E № 101714**

Приложения:

- 1 Состав эталона.
- 2 Протокол поверки № 242/9956-2019 от 18.12.2019 г.

Дополнительные сведения:

- 1 Владелец эталона: ООО «ПГС-сервис», г. Заречный, ИНН 6609009040.
- 2 Перечень выпускаемых на эталоне стандартных образцов (всего 16 шт.), прослеживаемых к государственному первичному эталону единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2016: ГСО 10597-2015 – ГСО 10612-2015.

Поверитель



М.О. Панина